

Snelstartkaart ToxiRAE Pro PID

Aanzetten: druk de MODE knop in totdat de meter een signaal geeft. Let op: zorg ervoor dat er een filter geplaatst is.

1. De meter start zichzelf op en controleert zichzelf. Dit zal ongeveer 30 seconden duren. Als het meetscherm verschijnt, is de ToxiRAE Pro actief.
2. Als de ToxiRAE vraagt om een Fresh Air Cal, zorg dan dat u in frisse lucht staat. Druk nu op (y/+). Als er een mogelijkheid is dat u zich in verontreinigde lucht bevindt, moet u een frisse lucht kalibratie uitvoeren. Druk op (MODE) of gebruik een VOC Zeroing Kit om de kalibratie uit te voeren. Het kan zijn dat deze functie afwezig is. Dit is afhankelijk van uw instelling.
3. De ToxiRAE Pro is klaar om te meten na de frisse lucht kalibratie.

Als het filter zichtbaar vervuild is, of als het filter nat is geworden, dient u het filter te vervangen.

4. Bij een voormeting (de meting voordat u de besloten ruimte betreedt) kan het alarm afgaan. **Belangrijk: Ga de ruimte niet binnen zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen!**

Opmerking: Een PID meter is niet specifiek. De meter meet alle vluchtige organische gassen (VOC's) die te ioniseren zijn met het ionisatiepotentiaal van de lamp in de meter.

5. Als u aan het meten bent in een besloten ruimte, en de ToxiRAE gaat in alarm, moet u onmiddellijk de ruimte verlaten!



Mode-toets

Y/+toets

6. Het batterijpack kan 12 uur gebruikt worden.
7. **Uitzetten:** Druk de MODE knop langdurig in. Doe dit totdat 'Off' in het display verschijnt.

Waarschuwing

Altijd doen: gebruik een filter tijdens het meten. Controleer of het filter vervuild is en vervang het filter als het nodig is.

Nooit doen: meet nooit zonder een filter. Test de meter niet met een aansteker. Gebruik gecertificeerd testgas.